

設備

連絡先	
鹿島サイト	〒314-0255 茨城県神栖市砂山3-2 TEL : 0479-40-1097 FAX : 0479-46-1788
鹿島 No.12テストサイト	〒314-0027 茨城県鹿島市佐田298-6 TEL : 0299-82-8464 FAX : 0299-82-8466
通信端末 試験チーム	〒314-0255 茨城県神栖市砂山3-2 TEL : 0479-40-1099(直) FAX : 0479-40-1922
試験器校正係	〒314-0255 茨城県神栖市砂山3-2 TEL : 0479-40-1372(直) FAX : 0479-40-1922

〈保有サイト設備詳細〉

サイト	ターンテーブル			リフター		搬入口(m)	S/R寸法D×W×H(m)
	直径(m)	中心口径(cm)	耐荷重(t)	寸法(m)	耐荷重(t)		
1	2.8	10	5	1.6×1.5×2.3	2	2.3×2.2	5.0×5.4×2.8
3	10.0	30	10	2.0×3.5×2.3	4	2.6×2.3	3.7×6.6×2.2
7	5.0	12	5	2.0×2.5×2.0	2	1.8×2.0	4.0×9.0×2.5
12	5.0	15	10	1.6×1.6×1.95	2	3.0×3.8	10.5×21.2×6.4
イミュニティ試験室	—	—	0.5	—	0.5	1.5×2.0	5.4×8.9×4.1

〈電源容量〉

サイト	単相			三相		
	電圧(V)	周波数(Hz)	容量(kVA)	電圧(V)	周波数(Hz)	容量(kVA)
1	100-240V	50/60Hz	5.7kVA	100-240V	50/60Hz	10kVA
3	100-230V	50/60Hz	28kVA	173,200,346,400V	50Hz	50kVA
	100-230V	50/60Hz	17kVA		60Hz	30kVA
				400V	50Hz	80kVA
				208V	400Hz	75kVA
7	100-240V	50/60Hz	10kVA	100-240V	50/60Hz	20kVA
12	100-240V	50Hz	20kVA	200-220V	50Hz	50kVA
	100-130V		3kVA	360-420V	50Hz	50kVA
	100-240V	0-400Hz	6kVA	100-240V	0-400Hz	2kVA
イミュニティ試験室	0-260V	50/60Hz	10kVA	0-400V	50/60Hz	20kVA