

設備

連絡先
〒399-0511 長野県上伊那郡辰野町横川3226 Tel :0266-47-5311 Fax :0266-47-5540

〈保有サイト設備詳細〉

サイト	ターンテーブル			リフター		搬入口(m)	S/R寸法D×W×H(m)
	直径(m)	中心口径(cm)	耐荷重(t)	寸法(m)	耐荷重(t)		
1	3.2	12	1	1.6×2.0×1.98	1	1.47×1.99	3.7×5.3×2.4
2	3.2	13	1	1.6×2.0×2.3	1	1.64×1.98	3.1×6.3×2.3
3	3.2	20	1	2.0×2.5×2.0	1	1.45×2.05	3.8×6.6×2.4
小型簡易暗室	1.2	—	0.2	None	—	0.78×1.98	2.8×6.8×2.9

〈電源容量〉

サイト	電源容量					
	単相			三相		
1	100-240V	40-500Hz	4kVA	100、118、200、220、230V	60Hz	10kVA
2	100-240V	40-500Hz	6kVA	100-240V	60Hz	20kVA
3	100-240V	40-500Hz	2kVA	None	—	—
小型簡易暗室	0-240V	40-500Hz	2kVA	None	—	—