

設備

連絡先

〒314-0027 茨城県鹿嶋市佐田298-6  
 TEL : 0299-82-8464 FAX : 0299-82-8466

<保有サイト設備詳細>

サイト	ターンテーブル仕様			リフター仕様		搬入口寸法 W x H [m]	シールド室寸法 D x W x H [m]
	直径 [m]	中心口径 [m]	耐荷重 [t]	寸法D x W x H [m]	耐荷重 [t]		
12 電波暗室	5.0	0.2	10.0	1.6 x 1.6 x 1.95	2.0	3.0 x 3.8	-

<電源容量>

サイト	電源容量(単相)				電源容量(3相)			
	電圧	周波数	電源容量	ブレーカ容量	電圧	周波数	電源容量	ブレーカ容量
12 電波暗室	100 - 240V +10% -30%	40-500Hz	6kVA	-	100-480V	50-400Hz	6kVA	-
12 電波暗室	0 - 240V +10% -30%	50Hz	20kVA	100A	200-420V	50Hz	50kVA	150A