

設備

設備 サイト名称	連絡先
No.1 オープンサイト	〒258-0001 神奈川県足柄上郡松田町寄1283 TEL : 0465-89-2316 FAX : 0465-89-2160
No.2 オープンサイト	
No.3 オープンサイト	
No.7 電波暗室	〒258-0001 神奈川県足柄上郡松田町寄1386
No.8 電波暗室	

<保有サイト設備詳細>

サイト	ターンテーブル仕様			リフター仕様		搬入口寸法 W x H [m]	シールド室寸法 D x W x H [m]	備考
	直径 [m]	中心口径 [m]	耐荷重 [t]	寸法D x W x H [m]	耐荷重 [t]			
1 (オープンサイト)	5.4	0.27	5.0	2.0 x 2.8 x 2.3	1.5	1.8 x 2.3	5.0 x 9.1 x 2.4	3m/10m
2 (オープンサイト)	5.4	0.27	5.0	2.0 x 2.8 x 2.3	1.5	1.8 x 2.3	5.0 x 9.1 x 2.4	3m/10m
3 (オープンサイト)	5.4	0.27	5.0	2.0 x 2.8 x 2.3	1.5	1.8 x 2.3	5.0 x 9.1 x 2.4	3m/10m
7 (電波暗室)	2.0	-	1.0	フルフラット構造		1.64 x 1.90	-	イミュニティ専用
8 (電波暗室)	2.0	-	1.0	フルフラット構造		1.64 x 1.95	-	イミュニティ専用

<電源容量>

サイト	電源容量(単相)			電源容量(3相)			
	電圧	周波数	電源容量	電圧	周波数	電源容量	備考
1 (オープンサイト)	100 - 240V	50/60Hz	12kVA	100-240V 100-420V	50/60Hz	25kVA	
2 (オープンサイト)	100 - 240V	50/60Hz	12kVA	100-240V 100-420V	50/60Hz	25kVA	
3 (オープンサイト)	100 - 240V	50/60Hz	10kVA	100-240V 100-420V	50/60Hz	13.8kVA	
7 (電波暗室)	100 - 240V	50Hz	2kVA	200V	50Hz	30A	*1
	0 - 260V	50/60Hz	6kVA				
	100 - 240V	45-450Hz	1kVA				
8 (電波暗室)	100V	50Hz	2kVA	200V	50Hz	30A	*1
	0 - 260V	50/60Hz	6kVA				
	100 - 240V	45-450Hz	1kVA				

*1:端子内径φ5.0mm超/外形 12.5mm未満

*2:端子内径φ4.5mm超/外形 12.0mm未満

*電源は同時使用できないものがあります。別途ご確認ください

*DC電源については各サイトで0-60V/50Aまで可能です。

<電波暗室寸法>

サイト	寸法 [縦×横×H(m)]	備考
7(電波暗室)	7.1×5.1×3.4	貫通口 φ60mm×2 ドア 1.2×2.0m
7(対向機室)	3.5×1.7×3.0	
8(電波暗室)	7.1×5.1×3.4	貫通口 φ60mm×2 ドア 1.2×2.0m
8(対向機室)	4.0×1.7×3.0	