

設備

連絡先

〒399-0511 長野県上伊那郡辰野町横川  
3226TEL : 0266-47-5311 FAX : 0266-47-5540

<保有サイト設備詳細>

| サイト            | ターンテーブル仕様 |          |         | リフター仕様          |         | 搬入口寸法<br>W x H [m] | シールド室寸法<br>D x W x H [m] |
|----------------|-----------|----------|---------|-----------------|---------|--------------------|--------------------------|
|                | 直径 [m]    | 中心口径 [m] | 耐荷重 [t] | 寸法D x W x H [m] | 耐荷重 [t] |                    |                          |
| 2<br>(オープンサイト) | 3.2       | 13.0     | 1.0     | 1.6 x 2.0 x 2.3 | 1.0     | 1.64 x 1.98        | 3.1 x 6.3 x 2.3          |
| 3<br>(オープンサイト) | 3.2       | 20.0     | 1.0     | 2.0 x 2.5 x 2.0 | 1.0     | 1.45 x 2.05        | 3.8 x 6.6 x 2.4          |
| 4<br>(小型電波暗室)  | 1.2       | -        | 0.2     | -               | -       | 0.78 x 1.98        | 2.8 x 2.8 x 2.9          |

<電源容量>

| サイト            | 電源容量(単相)                |          |      |        | 電源容量(3相) |      |       |        |
|----------------|-------------------------|----------|------|--------|----------|------|-------|--------|
|                | 電圧                      | 周波数      | 電源容量 | ブレーカ容量 | 電圧       | 周波数  | 電源容量  | ブレーカ容量 |
| 2<br>(オープンサイト) | 100 - 240V<br>+10% -30% | 40-500Hz | 6kVA | -      | 100-240V | 60Hz | 20kVA | 50A    |
| 3<br>(オープンサイト) | 100 - 240V<br>+10% -30% | 40-500Hz | 4kVA | -      | -        | -    | -     | -      |
| 4<br>(小型電波暗室)  | 100 - 240V<br>+10% -30% | 40-500Hz | 4kVA | -      | -        | -    | -     | -      |